LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární ulice 35
281 03 Radim u Kolína
Česká Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Kříž redukční KF 25/10 N Kostka

ZÁK. ČÍSLO: 2935 67 0000

Kříž redukční KF 25/10 N Kostka

Technické údaje

Materiál	Nerez
KF(1)	KF25
KF(2)	KF10
Rozsah pracovních tlaků	400 kPa -10-8 Pa
Těsnost lepší než	400 kPa -10-5 Pa
Rozměry (A x B)	50 x 45 mm

Fotogalerie




KF(1)
A
KF(2)
KF(2)
KF(1)
B