



**LAVAT**  
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární  
ulice 35  
281 03      [www.lavat.cz](http://www.lavat.cz)  
Radim u      [info@lavat.cz](mailto:info@lavat.cz)  
Kolína      321 792 312  
Česká  
Republika

## Měrka vakuometru VPR-1 A ARV 10

Zák. číslo: 2515 02 0000

Měrka pro vakuometr VPR-1 a ARV 10

### Technické údaje

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Max. netěsnost měrky  | 1.10-6 Pa.1,s-1                     |
| Montážní plocha       | doporučena vertikální               |
| Vnější rozměry        | Ø 30/93 mm (bez třmenu rychlospoje) |
| Připojovací příruba   | KF16                                |
| Max. vypékačí teplota | 100 °C                              |
| Hmotnost měrky        | 0,18 kg (bez třmenu rychlospoje)    |

### Fotogalerie



