



LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03 www.lavat.cz
Radim u info@lavat.cz
Kolína 321 792 312
Česká
Republika

Kříž redukční KF 50/10 N Kostka

Zák. číslo: 2935 69 0000

Kříž redukční KF 50/10 N Kostka

Technické údaje

Materiál	Nerez
KF(1)	KF50
KF(2)	KF10
Rozsah pracovních tlaků	400 kPa -10 ⁻⁸ Pa
Těsnost lepší než	400 kPa -10 ⁻⁵ Pa
Rozměry (A x B)	70 x 57,5 mm

Fotogalerie



