LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Měrka vakuometru VPR-1 A ARV 10

Zák. číslo: 2515 02 0000

Měrka pro vakuometr VPR-1 a ARV 10

Technické údaje

Max. netěsnost měrky	1.10-6 Pa.1,s-1
Montážní plocha	doporučena vertikální
Vnější rozměry	Ø 30/93 mm (bez třmenu rychlospoje)
Připojovací příruba	KF16
Max. vypékací teplota	100 °C
Hmotnost měrky	0,18 kg (bez třmenu rychlospoje)

Fotogalerie



