

**LAVAT**

Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03 www.lavat.cz
Radim u info@lavat.cz
Kolína 321 792 312
Česká
Republika

Ventil vakuový rohový VR 25 P

Номер заказчика: 2917 00 0000

Ventil o světlosti 25 mm s pneumatickým ovládním polohy ventilové desky. Hlavní části ventilu včetně vlnovce jsou z nerez oceli, těsnící kroužky pryžové. Provedení ventilu umožňuje vizuální kontrolu zavřeného a otevřeného stavu. Do polohy otevřeno je ventil uveden tlakovým vzduchem, opětné uzavření ventilu je zajištěno pružinou. Odvod odpadního vzduchu při uzavření zajišťuje ovládací ventil tlakového vzduchu. K ovládní ventilu je vhodné použít elektromagnetický trojcestný ventil.

Технические данные

Připojení příruby	ISO-KF 25
Těsnost ventilu	1.10 ⁻⁵ Pa.l.s ⁻¹
Tlak ovládacího vzduchu	5.10 ⁵ Pa - 8.10 ⁵ Pa
Připojení tlakového vzduchu trubičkou	Ø 3/5 mm
Poloha bez tlaku	Zavřeno
Hmotnost	Cca 1 kg

Фотогалерея

